

様式第32(第21条関係)

太わく内を記入してください。

診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する変更届書				年	月	日		
鹿児島市保健所長 殿								
管理者住所 管理者氏名								
次のとおり診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(使用室、貯蔵施設、運搬容器、廃棄施設、治療病室、従事職員)を変更したいので、医療法第15条第3項の規定により届け出ます。								
名	称		変	更	前	変	更	後
所	在	地						
変	更	年 月 日	年 月 日					
理	由							

年 月 日 決 裁							
所 長		課 長		係 長		係	
受 理 番 号	第		号	受 理 年 月 日	年 月 日		

保 受 健 付 所	
-----------------	--

施設	名 称							
	所 在 地		鹿児島市					
放射線診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影用放射性同位元素）の使用に 年間使用を予定する者に関する事項	放射性同位元素の種類							
	放射性同位元素の形状							
	年間使用予定数量Bq							
	1日最大使用予定数量Bq							
	3月間最大使用予定数量Bq							
	最大貯蔵予定数量Bq							
放射線診療に関する事項 に従事する者に 関する事項	氏 名		年齢	職 種	放射線診療に関する経歴			
予 定 使 用 開 始 時 期			年 月 日					
診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）使用室 の放射線障害の防止に関する構造設備の概要	使 用 室 の 区 分		準備室		診療室		待機室	
	使用室等の区画	操 作 室	有 ・ 無					
		処 置 室	有 ・ 無					
		準 備 室	有 ・ 無					
		測 定 室	有 ・ 無					
		患者待機室	有 ・ 無					
		治 療 病 室	有 ・ 無					
	1日最大使用予定数量		ベクレル					
	最大使用 予定時間	1 日	時間					
		1 週	時間					
	建 築 物 の 構 造							
	しゃへいの場所		天 井	壁	床	出 入 口	開 口 部	
	措置事項							
	しゃへい物		構 造 材 料 厚 さ					
	汚 染 の 場 所 の 構 造 措 置 の 概 要	くぼみ、突起物	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	
		目地、すきま	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	
		平滑施工をした 表 面 仕 上	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	
耐 腐 食 性		有・無	有・無	有・無	有・無	有・無		
耐 浸 透 性		有・無	有・無	有・無	有・無	有・無		
準備室等画壁外側の最大 実効線量								

	準備室に設けるフード又はグローブボックス		有(型式 無)	
	準備室に設ける洗浄設備		有(無)	
	排水施設への連結		有 ・ 無	
	放射線測定器		有(種類 名称) ・ 無	
	汚染除去用器材		有 ・ 無	
	汚染除去洗浄設備		有 ・ 無	
	更衣設備		有 ・ 無	
	出入口の状況		通常出入口 所 ・ 非常口 所	
	標 識		有 ・ 無	
貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要	貯 蔵 方 法			
	貯蔵室又は貯蔵箱の場所			
	最大貯蔵予定数量			
	貯蔵施設しゃへい材料			
	貯 蔵 施 設 の 構 造		鉄筋コンクリート・鉛鑄込鉄製容器・金庫 その他()	
	貯蔵施設の画壁外側の最大実効線量			
	標 識		有 ・ 無	
	貯蔵室の 出入口の 構造	出入口の数	通常出入口 所 ・ 非常口 所	
		特定防火設備 に該当する防 火戸	有 ・ 無	
		閉鎖設備	かぎ ・ その他	
	貯 蔵 箱 の 閉 鎖 設 備		かぎ ・ その他	
	貯蔵容器の 構造及び汚 染防止措置	しゃへい材料		
		最大実効線量率		
		空気汚染防止装置		有 ・ 無
		液体のこぼれ防 止 装 置		有 ・ 無
		耐浸透性措置		有 ・ 無
		受 皿		有 ・ 無
		吸 収 材		有 ・ 無
		そ の 他		
		標 識		有 ・ 無
貯蔵物の種類及び 数量の表示		有 ・ 無		

運搬容器の放射線障害の防止に関する構造設備の概要	容器外側の最大実効線量率		
	気体汚染発生防止措置		有 ・ 無
	液体こぼれ防止耐浸透性措置		有 ・ 無
	汚染拡大防止措置	受皿・吸収材	有 ・ 無 有 ・ 無
	運搬物の種類及び数量の表示		有 ・ 無
	標 識		有 ・ 無
廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要	排水設備	構造、容量及び基数	地上式(六面体等)・その他(貯留槽 $\text{m}^2 \times$ 基・希釈槽 $\text{m}^2 \times$ 基)
		排液中放射性同位元素の種類	
		排液中放射性同位元素の数量	ベクレル
		排水施設の能力(排水口)	有 ・ 無 (排液中の放射性同位元素の濃度が規則別表第3の第3欄に示す濃度限度以下及び濃度限度の割合の和が1以下)
		排水監視施設	有 ・ 無
		漏水、浸透、腐食防止措置	
		排液貯留槽又は希釈槽	有 ・ 無
		排液採取設備	有 ・ 無
		排液濃度測定装置	有 ・ 無
		排液流出調整装置	有 ・ 無
		標 識	有 ・ 無
	排気設備	排気中に含まれる放射性同位元素の種類	
		排気中に含まれる放射性同位元素の数量	ベクレル
		排気装置、排気浄化装置の能力(排気口)及び基数	有 ・ 無 基 (排液中の放射性同位元素の濃度が規則別表第3の第4欄に示す濃度限度以下及び濃度限度の割合の和が1以下)
		排気装置、排気浄化装置の能力及び基数(人の常時立ち入る場所)	有 ・ 無 基 (排液中の放射性同位元素の濃度が規則別表第3の第2欄に示す濃度限度以下及び濃度限度の割合の和が1以下)
		排気監視設備	有 ・ 無

		自動ダンパー装置等	有 ・ 無			
		浸水、浸透、腐食防止装置	有 ・ 無			
		事故発生時の汚染拡大防止措置	有 ・ 無			
		標 識	有 ・ 無			
	保管 廃棄設備	区 画 の 状 況				
		閉 鎖 設 備		とびら ・ ふた ・ その他		
		容 器 の 構 造				
		廃棄設備外側の最大実効線量				
		空気汚染防止装置		有 ・ 無		
		漏水、浸透、腐食防止措置		有 ・ 無		
		標 識		有 ・ 無		
		封 及 び 表 示		有 ・ 無		
治療病室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要	治 療 病 室 の 場 所		階 病室			
	一定期間の延べ使用予定時間		(3月・1月・1週間あたり) 時間			
	1日最大使用予定時間		時間			
	1日最大使用予定数量		ベクレル			
	建 築 物 の 構 造					
	治療病室の防護物の概要	しゃへい物 しゃへい場所		構 造	材 料	厚 さ
		天 井				
		周囲の壁	東			
			西			
			南			
			北			
		床				
		出 入 口 の 扉				
そ の 他 の 閉 口 部						
治療病室画壁外側の最大実効線量						

	放 射 線 測 定 器		有(種類	名称	)・無	
	汚 染 除 去 用 器 材		有	・	無	
	汚 染 除 去 洗 浄 設 備		有	・	無	
	更 衣 設 備		有	・	無	
	標 識		有	・	無	
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用室、貯蔵施設、 運搬容器、廃棄施設、治療病室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要	管 理 区 域	放射線障害防止に必要な注意事項の掲示	有	・	無	
		画壁等外側の実効線量が1ミリシーベルト／週以下となる措置	有	・	無	
		管理区域を設ける場所				
		境界における線量				
		排水中の放射性同位元素の濃度限度	超えない	・	超える	
		排水中の放射性同位元素の濃度限度	超えない	・	超える	
		立 入 制 限 措 置				
		標 識	有	・	無	
	敷 地 の 境 界 ・ そ の 他	注 意 事 項 の 掲 示	有	・	無	
		敷地内居住区域及び境界の実効線量(250マイクロシーベルト／3月)	超えない	・	超える	
		入院患者の被ばく放射線(診療による被ばくを除く。)の実効線量(1.3ミリシーベルト／3月)	超えない	・	超える	
		取扱者被ばく防止用具 取 扱 器 具	しゃへい用具 遠隔操作器具 その他()			
		汚 染 検 査 用 測 定 器				
		放 射 線 測 定 器				
		取 扱 者 被 ば く 測 定 器				
放 射 線 治 療 患 者 の 標 示	有	・	無			